

Wyjaśnienia

do postępowania w rozpoznaniu ofertowym o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na:

„Dostawę unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem ”

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania unit z pięcioma ramionami na stoliku lekarza (z opisu wynika, że powinno być 6) a lampą polimeryzacyjną montowaną na stoliku asysty?
2. Czy Zamawiający dopuści unit i fotel mocowany do podłoża. Stolik lekarza, lampa, blok spluwaczki nie poruszają się wraz z fotelem. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność podczas ruchów fotela powodowanymi przez pacjenta.
3. Czy Zamawiający dopuści zagłówek dwuprzegubowy z regulacją wysokości? Możliwość zabiegu u osób siedzących na wózku inwalidzkim.
4. Czy zamawiający dopuści do postępowania unit o szerokości podstawy fotela 44 cm?

Zapewnia to maksymalną stabilność całego unitu i solidność wykonania.

Odpowiedzi:

1. NIE
2. NIE
3. NIE
4. NIE

Nie możemy udzielić pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania ze względu na warunki lokalowe (wielkość gabinetu) gabinetu stomatologicznego.

Otrzymują:

1. WWW.bip.kleszczow.pl
2. a/a

PODINSPEKTOR
ds. oświaty i statystyki

W.2

mgr Renata Szczekocka